

D 作業報告書

お得意様	LH産業科石神井台			様	ご承認印
住所	練馬区石神井台4-7-3 石神井台フロンツ			様	
TEL	03-6279-7410	室名		ご依頼	様
機種型式	ICウォッシャー	号機		運転回数	回
完了	継続	有料	無料	製番	100069
取扱業者名	(株) JHIシバウラ		ご担当者	小野	様

ご依頼内容・現象
扉が開きず使用できない。
(1:2対応)

原因
扉開閉検知スイッチを押す、トンガ
折れ曲がり、扉が開きずい。

処置
トンガ外し。
後日交換予定。
8/17 JHIシバウラ廣瀬様より。
トンガ交換と済ませ、問題なく扉の開閉動作
が出来る様、ご連絡が有りました。

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	

作業日 20 16 年 8 月 8 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 点検	4 点検整備	5 点検	9 対象外	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 24時間	3 CM	医療機器	区分	特管	非特管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 ゴール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 PC	80 アフター
							90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性能点検・	(見積書No.)	
2	技術料	1 H × 1 名 × 7,500円	7,500
3	派遣料	65k × 1 名 × 100 円	6,500
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3,000
6	高圧代		920

サービスセンター	実 施 者
〒550-0001 大阪市東淀川区西中島5-1-1	〒114-0001 東京都葛飾区新小岩3-1-1
TEL - -	TEL - -

メモ

特記事項

①管理 No. 770156
 ②作業日 20 16 08 08
 ③Uコード 0362797410
 ④機種コード 11 - 09
 ⑤製造 No. 100069
 ⑥保守・サービス形態 9-2-5:0
 ⑦故障コード 51-706-9
 ⑧実施SC 84
 ⑨技術者 33
 ⑩同行・応援
 ⑪原因・処理 9-9-1-2

料 金 内 訳	
⑬ A	部品代 0
⑭ B	技術料等 17,920
⑮	
⑯	
⑰	税別合計金額 17,920
⑱	消費税 1,933
ご請求金額 ¥ 19,353	
納 品 書 No. 4252	