

修理報告書兼工事完了証明書

NO.

お客様	中村内科胃腸科 171ニ7		機種	OED-1000	
所在地	〒124-0012 葛飾区立花1-16-3 Tel 03-3697-6789		機番	100543	
販売店			納品日	2012.9.25	
			依頼日	2015.3.24	
作業者	河野	作業時間	1.5h	作業日	2015.3.25

修理依頼・苦情内容

本体から水漏れ

不具合原因(故障箇所)と処理内容

給水側・給水ホース・給水接続口(元側)の接続部より微量の水漏れ有り。

給水ホース・給水接続口(元側)を止水栓に交換により復帰。(自己済、運転共に異常なし)

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
一	給水ホース	1	PT17-1-2
一	給水接続口(元・止水栓)	1	PT3320

年 月 日

ご署名 半田美和 印