





(横浜市) クイーンズクリニックの行き方
駐車場はB4(地下4Fにする。)



この扉(非常扉)に入ります。



エレベーターで4Fを押す。
(業務用エレベーター)



注意！！

- 非常用扉を使い 業務用エレベーターを使わないと4Fにいきません。
- お客様エレベーターでは4Fにはいきません。また台車も載せられません。

現在に至るまでの過程です

* 洗浄が終わる頃、扉の側から水がもやていた。あつ。
停止ボタンを押レ止めて中を確認したところ

「フープ」はまわっていた。

「フープ」が回って運転ボタンを押レ閉じたところ

ついで電源が切れた。

↓

10時間ほど経つまでに、再び「電源スイッチ入ったか」
確認。

↓ 業者へ連絡

業者の指示にて、その異常スイッチをはずし
10時間放置後、再びスイッチを入カ、動かす。

* 水全しみておりました。