



このスコープは特殊 ダブルバルーンスコープ(下部)
EI-530B 副送水口ではなく、空気を通すところのこと。
前洗浄などの必要はないが、消毒液(オゾン水)
は通してほしいとのことだった。(ニスコ 永原様&富士フィルム談)
ここを消毒する場合E-101カンシ口用を使い ルアーで固定する。