

装置情報

戻る

型式	OED-1000S
製造番号	300419
プログラム	Ver. 0205/T02C
納入年月日	14/11/07
前回定期交換日	14/11/07
交換後運転回数	285
運転回数(消毒)	155
運転回数(消毒+アル)	130
運転回数(リークチェック)	0
運転回数(自己洗浄)	110
運転回数(アルコール単独)	2
運転回数(IP単独)	1

Date Time Error

11/07 18:06	酸素圧力異常2	(E:200)	1
12/18 09:57	消毒時給水異常	(E:202)	2
02/07 09:25	原水汚れ異常	(E:209)	2
02/07 11:38	原水汚れ異常	(E:209)	2
02/07 11:54	い 此が異常	(E:214)	1
04/01 10:48	消毒時給水異常	(E:202)	2

1

↓

USB

戻る

戻る 内視鏡を登録してください。 次頁

No	登録名	No	登録名
01	EG530/NW	06	
02	EG590/WM3	07	
03	EG550/WE	08	
04		09	
05		10	

戻る 作業者を登録してください。 次頁

No	登録名	No	登録名
01	KOBAYASHI	06	
02		07	
03		08	
04		09	
05		10	