

D 作業報告書

登録 様	プロデンタル小児歯科		ご承認印
住所	中央区佃 2-22-1		様
TEL	03-3520-8631		
機種 型式	IC Washer		号機
完	継続	有	無
取扱業者名	(株)IHIAグリテック様		ご担当者
製造	100096		中澤 様

ご依頼内容・現象

漏水センサーエラーが発生する。

原因

センサーの接触不良による(誤作動)。

処置

センサー調整。
単独動作チェック。漏水チェック。
設置調整。
90℃5分試運転(洗浄工程まで)

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり 部位
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	

作業日 20 18 年 1 月 5 日

保守形態

1 保守契約	2 性能点検	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 対策
--------	--------	--------	--------	------	------

(摘要)

サービス形態

1 保守期間	2 保守	3 CM	医療機器	区分	特	非
--------	------	------	------	----	---	---

作業分

00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 点検	60 撤去移設
70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター	90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性能・	(見積書No.)	16,000
2	技術料 2 日 × 1 名 × 8,000 円	8,000	16,000
3	派遣料 95k × 1 名 × 100 円	9,500	9,500
4	宿泊費 泊 × 名 × 円		
5	諸経費 高圧料 4,300 駐車料 2,400	6,700	6,700
6	諸経費	3,000	3,000

サービスセンター

首都圏 C

実施者 星 住

TEL - -

メモ

特記事項

①管理 No. 794188

②作業日 20 18 01 05

③Uコード 0335208631

④⑤機種コード 11 - 714

⑥製造 No. 100096

⑦保守・サービス形態 作業区分 9-2-50

⑧故障コード 32-306-2

⑨実施 SC 79

⑩技術者 43

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-9-7-2

料金内訳	
⑬ A	部品代 0
⑭ B	技術料等 35,200
⑮	35,200
⑯	35,200
⑰	35,200
税別合計金額	35,200
消費税	2,816
消費税	2,816
ご請求金額 ¥	38,016
納品書 No.	8665