

D 作業報告書

指導者 (株) H1ジバウラ	様	ご承認印 (印)
住所 岡山県		
TEL 086-944-6528	室名	ご依頼 様
機種型式 修理サポート	号機	運転回数
完()	継続	有()
無料	製番	
取扱業者名 (株) H1ジバウラ	様	ご担当者 安田 様

ご依頼内容・現象
・BC-17/1309030 油圧カ/セ
・給気回路、逆止弁交換

原因
・蒸気発生器安全弁交換

処置
BC-17/13100047 えびすさん
E31 加圧異常 (デジタルワリコンヒューズ点検)
・給水ポンプ固定ネジ緩み → 締付
・試運転 5回 症状再現はせしめた

最終確認チェック

☐ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 07 月 08 日

保守 守態

1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検	5 点検	9 対象外 (摘要✓)
--------	--------	--------	------	------	-------------

サービス形態

1 保守期間	2 保守料	3 CM	医療機器	区分	特 管	非特管
--------	-------	------	------	----	-----	-----

作業区分

00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 点検	60 撤去移設
70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター	90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	6 H× 1 名× 5,000円	30,000
3	派遣料	名× 円	
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		
6			

サービスセンター

岡山

TEL - -

実施者

西村

部署長

入力

検印

納品書

小林

佐藤

久保

メモ

特記事項

①管理 No. 786281

②作業日 20 16 07 08

③Uコード 0869446528

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No.

⑦保守・サービス形態 9 - 2 - 50

⑧故障コード 99 - 999 - 9

⑨実施SC 41

⑩技術者 88

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9 - 9 - 1 - 2

料 金 内 訳

⑬A

部品代 0

⑭B

技術料等 30,000

⑮

⑯

税別合計金額 30,000

⑰

消費税 2,400

ご請求金額 ¥ 32,400

納品書 No. 3007