

ICW 扉開閉ワイヤー点検実施報告書

お客様 マミデンタルクリニック 御中 製造番号 100124
住所 東京都中央区日本橋蠣殻町1-11-3
点検日 2018年 10月 15日
点検時間 ~ 点検者 関口

- ☒ 扉開閉ラインの交換
- ☒ エッジガードの追加
- ☒ 樹脂エルボの交換
- ☒ 最新プログラムへの書き換え
- ☒ 洗剤遅延検知時間の変更(60秒)
- ☒ 防水シートの追加
- ☒ 凝縮エア抜きパネルの交換
- ☒ U字金具によるシリコンシートの固定
- ☒ 漏洩センサー両面テープの交換
- ☒ 排水ポンプコンデンサーの端子保護

特記事項

お客様ご確認ご署名欄

マミデンタルクリニック

〒103-0014 東京都中央区日本橋蠣殻町1-11-3

TEL:03-3668-8288 FAX:03-3668-8289

2018年 10月 22日

院長 松 嶋 麻 実

ご署名

印

本作業にて知りえた個人情報は、他の目的では使用いたしません。

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部
岡山県岡山市東区西大寺170-6
TEL (086)944-6528