

点検確認書

新鋭工業 東京支店
03-3816-0444

点検担当者： 西野

点検年月日	平成 27年 8月 4日	機種名	ONW-10	製造機番	001372
設置場所				TEL045-360-7070	
設置時期	平成 17年 7月 22日	使用時間	3741	御対応者	

(462)

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：	0.50	mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度：	90 %	流量：	0.78 L/min
					圧力：	0.112~0.207 MPa
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	余期交換作業完了 左記部品交換 経年劣化等内部異音発生あり
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	
吸器	一個	

H27.年 8 月 4 日

ご署名 金井 菜穂子

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。