

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2018 年 9 月 13 日

機種/型式	IC Clave		
作業年月日	2018 年 9 月 13 日		作業時間： Hr
顧客名	AQUA日本橋デンタルクリニック 様	TEL： 03-3281-4618	
所在地	東京都中央区日本橋室町2-4-1 浮世小路千足屋ビル4F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 3 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：100066	運転回数：2284	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー18 滅菌異常			
原因			
・電子回路基板の異常（エラー18）			
・温度センサーに缶内フィルターが誤って装着されていた			
処置、作業内容			
・電子回路基板の交換			
・各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・電子回路基板				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		



お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2018 年 9 月 26 日

ご署名

佐藤 愛子



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

