

D 作業報告書

依頼様	植原 達 科 様				ご承認印
住所	東京都墨田区大平4-1-5 5F				
TEL	03-3626-8108	室名		依頼	様
機種 型式	WD-150	号機		運転 回数	2520 回
完了	継続	有料	無料	製番	13100040
取扱業者名	(株)H1アグリテック		様	ご担当者	安田 様

ご依頼内容・現象	槽内満水エラーの発生
原因	センサーの汚れ、洗浄物が一時的に センサーに接触していた為
処置	センサーの清掃、センサー動作確認 短縮運転にて試運転

最終確認チェック ☒ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	庫の機器のコンディション メーカー 機種 ☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異常あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり 部位
☐ 別紙添付	あり ☐ なし

作業日 20 17 年 10 月 10 日

保守 形態	1 保守 契約	2 性能 点検	3 性能 点検	4 性能 点検	5 点検	9 対策 (摘要)
サービス 形態	1 保守 期間	2 スポ ット	3 CM	医療 機器	区分	特 非 管 管
作業 区分	00 製品 販売	10 納入 設置	11 現地 調整	20 定期 点検	30 性能 検査	40 点検
	70 PR	72 取扱 説明	73 改造	74 部品 納入	75 下見	77 FC
						80 アフ ター
						90 その他

(24時間制で記入)

受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)
2	技術料 1.0 H× 1 名× 7,500円	7,500
3	派遣料 1 名× 100円 × 68km	6,800
4	宿泊費 泊× 名× 円	3,000
5	諸経費 駐車料金	200
6	有料道路	1,520

千葉SC	実施者 小泉
TEL	

部署長	検印	入力	納品書
	29.10.1		

メモ

特記事項

①管理 No.	801599
②作業日	20 17 10 10
③Uコード	0006268108
④⑤機種コード	11 - 72
⑥製造 No.	13100040
⑦保守・サービス形態 作業区分	9 - 2 - 50
⑧故障コード	02 - 306 - 3
⑨実施SC	80
⑩技術者	27
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	9 - 9 - 1 - 2

料 金 内 訳	
⑬A	部品代 0
⑭B	技術料等 19 020
⑮	26 020
⑯	1521
税別合計金額	19 020
消費税	26 020
ご請求金額 ¥	20 541
納品書 No.	5909