

D 作業報告書

得意	コジテニタルオス 様			ご承認印
住所	さいたま市浦和区仲町1-10			
TEL	048-711-6411	署名		様
機種型式	WD-150	号機	運転回数	回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	(株)EHIアクリティ 様		ご担当者	栗田 様

ご依頼内容・現象	漏水エラ・発生
原因	排水センサーBOX劣化による 水漏れ発生
処置	・排水センサーBOX交換。 ・100%確認にて各動作確認。 ・エラ・発生無し。水漏れ無し。

最終確認チェック ☐漏れ ☐行程異常 ☐異音・異臭 ☐安全装置動作
☐絶縁 ☐プログラム設定 ☐試運転 ☐最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er
	☐ 漏れあり ☐ 異音あり
	☐ 破損あり ☐ 劣化あり
	部位
☐ 別紙添付	あり ☐ なし

作業日 20 18 年 10 月 31 日

保形	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検	5 点検	6 対象外 (摘要✓)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器	区分	特 非特管 管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
						80 アフター
						90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
T00201980	排水センサーBOX	1		6,800

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)
2	技術料 1.5 H× 1 名× 8,000円	12,000
3	派遣料 50k × 1 名× 100 円	5,000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3,000
6		

サビセンシ	TEL	実 施 者	栗田 (裕)
-------	-----	-------	--------

部署長	検印	入力	納品書
	30.11-2		

メモ

特記事項

①管理 No. 798980

②作業日 20 18 年 10 月 31 日

③Uコード 0487116411

④⑤機種コード 11 - 72

⑥製造 No.

⑦保守・サービス形態 9 - 2 - 50

⑧故障コード 32 - 801 - 1

⑨実施SC 84

⑩技術者 17

⑪同行・応援

⑫原因・処理 1 - 9 - 1 - 2

料 金 内 訳
⑬A
部品代 6,800
⑭B
技術料等 20,000
⑮
⑯
税別合計金額 26,800
消費税 2,144

ご請求金額 ¥	28,944
納 品 書 No.	6595