

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 2018年 06月 30日

IC Washer	
作業年月日	2018 年 6 月 30 日 作業時間： 6 Hr
顧客名	かめいどファミリー歯科 TEL： 03-3681-9448
所在地	東京都江東区亀戸3-59-16 小坂ビル2F ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2016 年 12 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☒ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号： 100173	運転回数： 1074	タッチパネルVer. 01. 07 CPU Ver. 001012
------	--------------	------------	-----------------------------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・ 機体内部より異臭
- ・ 排気ファンユニット分解により復旧できず

原因

- ・ 機体内部での漏水による異臭
- ・ 排気ファンユニットの手動による分解

処置、作業内容

- ・ 本体の筐体分解、漏水部の修理、排気ファン再取付（本体内部に取付ネジ散乱）
- ・ 内部埃等ありクリーニング処理
- ・ ドア開閉対策部品に交換

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドア開閉対策部品		1 セット		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H30年 7月 31日
ご署名 桐野 伸行 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

環PJ
'18/06/30
桐野

作業者

環PJ
'18/06/30
桐野