

修理報告書兼工事完了証明書

NO.

お客様	野口医院		機種	ONW-10	
所在地	〒207-0033 東京都茅ヶ崎3-1629 TEL 042-561-3010		機番	28X	
販売店	ナメダ医院		納品日	2004.5.28	
			依頼日	9.18	
作業者	西野	作業時間		作業日	9.18

修理依頼・苦情内容

エラ- 8 発報 (停止あり)

不具合原因(故障箇所)と処理内容

エラ- 8 再発.

オゾンセンサー劣化異常

同部品交換後 復帰.

試運転 2回 作動確認

※ 有償対応 (お打ち合わせTEL)

金額 ¥30,000 (税別・部品代等込み)

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
✓	オゾンセンサー	1	
✓	用ヒ-ネス	1	

年 月 日

ご署名 高田 文絵

印