

2015 年 8 月 12 日

御中

株式会社IHニハウラ

環境事業部 営業部

〒136-0075 東京都江東区東雲1-7-12

KDX豊洲グランスクエア9階

TEL (03) 5859-5012 FAX (03) 5859-5149

オゾン水内視鏡洗浄機「ONW-10」修理対応終了の事前お知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は弊社製品に格別なるご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、オゾン水内視鏡洗浄機「ONW-10」が2009年8月の生産終了から、本年8月を持ちまして、6年が経過致します。本製品のメーカー耐用年数が7年であることから、2016年8月には修理対応を終了致しますこと、ご連絡申し上げます。

ご使用頂いている機械は、耐用年数を超過していることから、継続して使用される場合、突発的に機能が停止する恐れがあります。引き続き本製品を御使用する場合は、メーカー（当社）でのオーバーホール及び保守点検を必ず行って下さい。実施しない場合は、性能（殺菌効果等）は保証出来ませんので御了承ください。

過去実施してない場合や、移設、転売等で設置条件が変わる場合は必ず、メーカー（当社）でのオーバーホール及び保守点検を実施して下さい。また、保守点検は一年毎を推奨しています。保守点検では交換部品の性能を保証致しますが、装置全体の性能を保証するものではありません。必ずメーカーでの保守点検を行ってください。

なお、現在は、新製品「OED-1000S」を後継機種として製造販売をしております。何卒ご理解・ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

上記の内容を納入説明者より受けました。また、取扱説明書を熟知するまで読み、その内容を理解して使用いたします。

確認日 : 2015 年 8 月 19 日

製品名 : オゾン水内視鏡洗浄機「ONW-10」

製造番号 : 000998

納入説明者氏名 :

町田 寛司 印

販売店名 : タムラ医療機器販売株式会社

お客様お名前 :

長尾 健治 印