

修理報告書兼工事完了証明書

NO.

お客様	清水胃腸科内科クリニック			機種	ONW-10
所在地	〒 Tel 027-360-4771			機番	1015
販売店				納品日	
				依頼日	2015.10.14
作業者	河野	作業時間	1.5h.	作業日	2015.10.14

修理依頼・苦情内容

J5、8 発報 (3日リセット復旧せず)

不具合原因(故障箇所)と処理内容

新 オゾンセンサー に交換 ⇒ 復帰せず

センサー 短絡化 ⇒ 復帰

今後の経過 確認

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	オゾンセンサー	1	

年 月 日

清水胃腸科・内科クリニック
院長 清水 直樹
〒高崎市町屋町627-1
TEL027-360-4771 FAX027-360-4771