

安全説明確認カード

オゾン水内視鏡消毒機「OED-1000S」の取扱方法と安全のための注意事項について、
下記の納入説明者から説明を受けました。また、取扱説明書および添付文書を熟知
するまで読み、その内容を理解して使用いたします。

●説 明 日	H27 年10 月20 日
●お客様ご住所	〒1629 東京都大和市幸田3丁目1629番地 医療法人社団 忍会 野口 医院 野 口 忍
●お電話番号	TEL 0425-61-3010 ☎ ()
フリガナ ●お客様のお名前 (署名)	タカタ ツミエ 高田 文絵

●販売店住所	〒□□□-□□□□
●販売店名	☎ ()

●納入説明者氏名	新鋭工業(株)東京支 西野
----------	---------------

●ご購入商品と
製造番号

形式名	製造番号
OED-1000S	300677

【取扱説明書キーポイントチェック欄】

① ✓	② ✓	③ ✓	④ ✓	⑤ ✓	⑥ ✓	⑦ ✓	⑧ ✓	⑨ ✓	⑩ ✓
⑪ ✓	⑫ ✓	⑬ ✓	⑭ ✓	⑮ ✓	⑯ ✓	⑰ /	⑱ /	⑲ /	⑳ /

廃 棄 依 頼 書

平成27年10月20日

(株)IHI シバウラ 御中

機器の廃却を下記の通り依頼致します。

廃棄の方法については、貴社に一任します。

装置型式名:オゾン内視鏡洗浄機ONW-10

装置製造番号 000284 号機

お客様名: 野口医院 様

廃却数量: 1 台

東京都大和市平瀬3丁目1629番地
医療法人社団 忍会 野口医院
TEL 0425-61-3010





KAMEDA-MED

カメダ医療精器株式会社

代表取締役

亀田 宰

OSAMU KAMEDA



Scan!!



〒185-0021 東京都国分寺市南町3-25-9

TEL:042-322-2261(代) FAX:042-326-0435

e-mail : OK@kameda-med.net

URL : <http://www.KAMEDA-MED.net>