

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 12月 21日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC-clave		
作業年月日	2018年 12月 16日	作業時間:	Hr
顧客名	nicoキッズデジタルワーク 様	TEL:	03-6441-4649
所在地	東京都目黒区柿の木坂 1-32-12	ご担当	様
販売店	(株)モリタ 東京本社	ご担当	山下 様
納入年月日	2016年 3月 7日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シ-記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100044	運転回数:	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	--------------	-------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エアー-No.12 ドアセンサー異常

原因

・真空ポンプ不良 (真空引きができていない)

処置、作業内容

・真空ポンプ交換

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2	ドアロック		1		
3	圧力フィルター		1		
4					
5					
6					
7					
		1.有償 2.無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		40

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

藤井 志保

藤井

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

