

《不具合対応報告書》

担当者: 廣瀬・小笠原

【発生日】 2018年 12月 27日
【対応日】 2018年 12月 27日
【連絡元】 ☐モリタ(担当者:)
☐ユーザー
☐その他()
【ユーザー名&県名】東京都 榎原歯科

IC Washer【機番: 】

BC-17【機番:13100045】

【症状】

【症状】

AC電源異常

【対応方法】☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【対応方法】☐引取り修理(代替機no.)

☒現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】☐水

☐水&お湯

【給水方法】☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他()

【ラック種類】☐標準ラック

☐ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【滅菌バッグ】☐ディスポ

☐リユース

【網の種類】☐トレイ棚

☐網バスケット

【備考】

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】

再起動後、試運転異常なし。施設側の問題と思われる。