

異常履歴				消去	Ct
Date	Time	Error			
11/17	09:31	排水注意	(E:111)		17
11/17	15:01	排水注意	(E:111)		17
11/17	15:22	排水注意	(E:111)		17
11/18	09:43	排水注意	(E:111)		17
11/18	09:59	水位低下異常	(E:300)		2
11/20	09:30	排水注意	(E:111)		17
11/20	13:40	排水注意	(E:111)		17
11/20	14:56	排水注意	(E:111)		17
11/21	09:56	排水注意	(E:111)		17
11/24	09:28	排水注意	(E:111)		17

装置情報		戻る
型式	OED-1000S	
製造番号	300018	
プログラム	Ver. 0204/T02.B	
納入年月日	13/03/20	
前回定期交換日	14/04/01	
交換後運転回数	444	
運転回数(消毒)	20	
運転回数(消毒+アル)	685	
運転回数(リークチェック)	0	
運転回数(自己洗浄)	462	
運転回数(アルコール単独)	0	
運転回数(EP単独)	3	

