

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2018 年 11 月 19 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2018 年 11 月 9 日		作業時間： Hr
顧客名	ルミネ千住歯科クリニック	様	TEL： 03-3888-0648
所在地	東京都足立区千住旭町42-2 ルミネ北千住店9F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 7 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号：100134	運転回数：1281	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー14 真空時間オーバー異常			
原因			
・真空ポンプの劣化 (エラー14)			
処置、作業内容			
・真空ポンプの新品交換			
・圧力センサーの新品交換			
・各種調整、プログラム更新、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・真空ポンプ				
2	・圧力センサー				
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

東京都足立区千住旭町42-2ルミネ北千住店9F
医療法人社団双樹会
ルミネ千住歯科クリニック
ご署名 TEL 03-3888-0648 印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030



責任技術者	作業者
環PJ '18/11/9 菊池	環PJ '18/11/9 小柳