

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2018 年 6 月 21 日

機種/型式	IC Clave		
作業年月日	2018 年 6 月 21 日		作業時間： Hr
顧客名	AQUA日本橋デンタルクリニック 様		TEL： 03-3270-8800
所在地	東京都中央区日本橋室町2-4-1 浮世小路千疋屋 (YUITO ANNEX) 4F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 3 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 100066	運転回数： 2242	運転回数リセット： ☐ 実施 ☒ 未実施
------	--------------	------------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー18 滅菌異常

原因

・圧力センサー故障

処置、作業内容

・圧力センサー交換、シャトルバルブ交換

・各種調整 プログラム更新 運転確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・圧力センサー				
2	・シャトルバルブ				
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2018 年 6 月 27 日

ご署名

金木



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

環PJ
'18/06/21
菊池

環PJ
'18/06/21
石本