

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 12月 10日

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer			
作業年月日	2018 年 12 月 7 日		作業時間: 6 Hr
顧客名	ルミネ千住歯科クリニック 様		TEL: 03-3888-0648
所在地	東京都足立区千住旭町42-2 ルミネ北千住店9F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回 目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100123	運転回数: 1066 (総回数: 2219)	ファームVer. 01.08 CPU Ver. 001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ エラー2 洗浄槽満水			
原因			
・ 不具合、欠損箇所は特になかったが、排水ポンプのエア噛みと推定			
処置、作業内容			
・ 排水ラインの配管チーズを持ち上げ、排水ポンプにエア噛みしないよう変更			
・ 各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
お客様ご確認事項 ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

修理業者

株式会社HIIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

東京都足立区千住旭町42-2ルミネ北千住店9F
医療法人社団双樹会
ルミネ千住歯科クリニック
TEL 03-3888-0648

責任技術者	作業者
環PJ '18/12/10 元森	環PJ '18/12/10 関口