

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 12月 28日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2018年 12月 28日		作業時間: Hr
顧客名	マシデンタルクリニック 様		TEL: 03-3668-8288
所在地	東京都中央区日本橋蛸薬町 1-11-3		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 東京本社		ご担当 田嶋 様
納入年月日	2017年 6月 6日 保証期間 内 ☐ 外 ☐		付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100192	運転回数: 352回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
------	--------------	------------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラーNo.20 給気異常

・運転終了時にエラー画面が表示される。

原因

圧力センサーの故障

処置、作業内容

圧力センサー交換・校正

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	圧力センサー		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		4000

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名


田嶋

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者



作業者

小 田嶋