

ICW 扉開閉ワイヤー点検実施報告書

お客様 nico キッズデンタルクリニック 御中

製造番号 100094

住所 東京都目黒区柿の木坂1-32-12

点検日 2018年 12 月 27 日

点検時間 ~

点検者 関口

- ☒ 扉開閉ラインの交換
- ☒ エッジガードの追加
- ☒ 樹脂エルボの交換
- ☒ 最新プログラムへの書き換え
- ☒ 洗剤遅延検知時間の変更(60秒)
- ☒ 防水シートの追加
- ☒ 凝縮エア抜きパネルの交換
- ☒ U字金具によるシリコンシートの固定
- ☒ 漏洩センサー両面テープの交換
- ☒ 排水ポンプコンデンサーの端子保護

特記事項

お客様ご確認ご署名欄

2019
2018年 1 月 23 日

ご署名

不耐綾



本作業にて知りえた個人情報は、他の目的では使用いたしません。

株式会社IHIAグリテック
環境プロジェクト部
岡山県岡山市東区西大寺170-6
TEL (086)944-6528