

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書



株式会社IHIパワ

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL(086)944-6528 FAX(086)944-9030

NO. 00000

お客様	名称 朝日デンタルオフィス 様	製造番号 100070	ご確認 朝日 啓司
	〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 03-3226-0648	納入日 2016年2月16日	
モリタ・富業所・担当TEL		納入検査・会社・屋路番 エムシーサービス(株) 星住	

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態		✓	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	✓	入力・出力確認
	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		性能評価	✓
	✓	洗剤投入量の確認			
	✓	ローラーポンプの動作確認			
		✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	✓
給排水	✓	ジョイントLの取付状態、水漏れ 50HZ			運転説明
			✓		装置内運転時異音・振動
電装系	✓	電源スイッチの作動状態	運転検査結果		トシ
	✓	SDソケットの反応・汚れ	✓		
	✓	行程表示槽内LEDの点灯	設置クリアランス		
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ	✓		

備考	数量
給水の接続、給湯はあり様子ですが接続不可能な状態です。(工事業者が対応)	