

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 3月 13日

ウオッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2019 年 3 月 6 日 作業時間: Hr
顧客名	ルミネ千住歯科クリニック 様 TEL: 03-3888-0648
所在地	東京都足立区千住旭町42-2 ルミネ北千住店9F ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2016 年 7 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100123	運転回数:	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ エラー2 洗浄槽満水			
原因			
・ 排水ポンプサクション側に異物混入で排水不良(テープらしき物)			
処置、作業内容			
・ 排水ポンプ分解による異物除去			
・ 各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1.有償 ☒ 2.無償 ☐	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		


お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 3 月 14 日

ご署名 荻原尚樹

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
 荻原 尚樹 '19/03/06	 荻原 尚樹 '19/03/06