

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 年 月 日

|       |                                                                                                                               |                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>                         | 製造番号： 100689      |
| 作業年月日 | 平成 28 年 5 月 10 日                                                                                                              | 作業時間： 1.5 Hr      |
| 顧客名   | やまだ胃腸内科小児科クリニック 様                                                                                                             | TEL： 028-612-8583 |
| 所在地   | 栃木県宇都宮市鶴田町718-2                                                                                                               | ご担当 様             |
| 販売店   |                                                                                                                               | ご担当 様             |
| 納入年月日 | 平成 25 年 5 月 9 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>                                         | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 3 年 3 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>        |                   |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

OED-1000 定期保守点検作業実施

点検項目

|          |                                                                    |              |                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 390    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.71 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題は有りません。(箱内点検)

|          |              |                                                                             |            |               |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 203 | 更新（リセット）実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌/消毒： 126 | 殺菌/消毒+アル： 452 |
|          | リークチェック： 0   | 自己洗浄： 442                                                                   | アルコール単独： 1 | エア単独： 0       |

| 交換部品名称      | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|-------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓         |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計用フィル |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | バルブ          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 山田 豊 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店  
東京都文京区本郷3-12-5  
TEL：03-3816-0444

責任技術者

作業者

