

修理報告書兼工事完了証明書

NO.

お客様	足立栄済病院 様	機種	ONW-10
所在地	〒120-0022 足立区柳原1-36-8 Tel 03-3881-6116	機番	001549
販売店		納品日	2008.4.14
		依頼日	2016.5.19
作業者	藤田 向野	作業時間	2.0h
		作業日	2016.5.19

修理依頼・苦情内容

電源が落ちています。

不具合原因(故障箇所)と処理内容

運転開始時に電源が落ちた(再現)

ブレーカー作動

↓

フロントパネル } ランプ部にネアリ
 { 内部

↓

除去後復帰、ネリによるショート電圧原因と考えられる。

※ 試運転中 排気エラー発生(排気ホッパの密着化と考えられる。)

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考

年 月 日

ご署名

山本 美子

印