Ⓒ 作業報告書

お客様	笠原デニタルオフィス 様	ご承認印	
住所	東京都江戸川区南小岩7丁目30-12 2F		
TEL	03-6458-0640	手名	
機種名	小型包装品用高圧蒸気滅菌器	メーカ	(株)IHIアグリテック
型式	BC-17	製番	14090200
完了 / 継続 / 有料 / 無料		通算回数	865 (4199) 回

作業日 20 19 年 4 月 30 日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 その他 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守巡回 / 2 スポット ✓ / 3 CM / 医療機器 / 区分 / 特 / 特 / 非特

作業区分: 00 製品販売 / 10 搬入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 コア ✓ / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先): (株)IHIアグリテック
(支店名)
(ご担当者) 小山様
(注文No.)

管理No. 812862

左記作業をおこないましたので、ご査収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合せ下さい。

医療機器の修理・点検(医療機器修理業許可取得)・販売
エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
滅菌センター 〒386-0902 長野県上田市住吉280-8 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-2115 FAX 026-273-4116

ご依頼内容・現象
ドアハンドルが閉まらない
(ご依頼者 様)

原因
ドアロックモーターの動作不具合の為
ドアロック部が正常な位置に戻らず扉が閉まりきっていなかった為

処置
- ☐ 部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- ☐ 各部増締め
- ☑ 分解・再セットアップ
- ☐ 各部清掃
- ☐ グリスアップ
- ☑ 動作確認
- ☐ 設定・プログラムの確認
- ☐ 点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- ☐ 性能検査立ち会い
- ☑ 試運転
- ☐ 最終検査終了・異常なし

マニュアル操作 動作確認 試運転

お客様への伝言

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・掛付・点検・性検・ (見積書No.)		
2	技術料 2 H× 1 名× 8,000 円		16,000
3	派遣料 1 名× 100 円 × 58KM		5,800
4	宿泊費 泊× 名× 円		3,000
5	諸経費		
6	有料道路		1,440

請求内訳		
税A		
部品代		0
税B		
技術料等	26	240
税C		
税D		
税別合計金額	26	240
消費税	2	099
ご請求金額¥	28	339
納品書No.		

責任技術者	検印	入力	納品書

サービスセンター: 千葉SC TEL
実施者: 小泉

C 実施者→営業