

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 5 月 23 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2019 年 5 月 13 日		作業時間： Hr
顧客名	麻布十番ザ・タワーデンタル 様	TEL： 03-6453-8791	
所在地	東京都港区三田1-7-1 パークコート麻布十番ザタワー1階		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 6 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14080156	運転回数：
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー8 循環水圧低下		
原因		
・循環ポンプ老朽化による内部インペラの故障		
処置、作業内容		
・循環ポンプ交換		
・各種点検調整、運転確認		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・WD-150用 循環ポンプ		1		
2					
3					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

2019年 5 月 24 日

Handwritten signature

印

修理業者

株式会社HIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJ '19/05/13 富田	環境PJ '19/05/13 安田