

《不具合対応報告書》

担当者: 廣瀬・小笠原

【発生日】 年 月 日
【対応日】 2019年 6月 5日
【連絡元】 ☐ モリタ (担当者:)
 ☐ ユーザー
 ☐ その他 ()
【ユーザー名 & 県名】 東京都 ウケデンタルオフィス

WD-150【機番:】

BC-17【機番:13100075】※デモ機

【症状】

【症状】

エラー30

【対応方法】 ☐ 引取り修理 (代替機no.)

☐ 現地対応

 《対応内容》 ☐ 部品交換 ()
 ☐ その他 ()

【対応方法】 ☒ 引取り修理 (代替機no.14090178)

☐ 現地対応

 《対応内容》 ☐ 部品交換 ()
 ☐ その他 ()

【給水方法】 ☐ 水

☐ 水 & お湯

【給水方法】 ☐ アイオニー使用

☒ 精製水購入

☐ その他 ()

【ラック種類】 ☐ 標準ラック

☐ ハンドピース用ラック

 《メクラ栓の使用》 ☐ 有 ☐ 無

 《SUSフィルターの洗浄》 ☐ 有 ☐ 無

【滅菌バッグ】 ☐ ディスポ

☐ リユース

【網の種類】 ☐ トレー棚

☒ 網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐ 有 ☐ 無

【設置場所】

【備考】

【備考】

6/4入れ替えたデモ機(13100075)のエラー。再度代替機入替。