

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】	2019年11月19日	【対応日】	2019年11月20日
【連絡元】	☐ モリタ(担当者:) ☐ ディーラー(担当者:) ☐ ユーザー ☐ その他()		
【所在地&ユーザー名】	東京都 榎原歯科		

案件No. 19079
 電話受付:
 現地対応: 榎原・小笠原
 送り状番号:

【機種】
 IC Washer ・ IC Clave ・ WD-150 ・ BC-17
 (機番: 14060103) ※デモ機

【症状・エラーコード】
 エラー30

【対応方法】
☒ 預かり修理 (代替機No. 14090178))
☐ 現地対応
 対応内容: ☐ 部品交換()
 ☐ その他 ()

【運転情報】
 運転回数: () 回 ※前回メンテからの運転回数
 保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認
 修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認
 備考: ()
 ※ 消耗品の使用回数など

【給水方法】
 <ICW・WD>
☐ 水
☐ 水&温水
 <ICC・BC>
☒ 生成器
 (アイオニ))
☐ 精製水購入

【ラック・バスケット種類】
 <ICW・WD>
☐ 標準ラック
☐ ハンドピースラック
 <止水プラグ使用>
 ☐ 有 ☐ 無
 <SUSフィルター洗浄>
 ☐ 有 ☐ 無

<ICC・BC>
☐ トレー棚
☒ 網バスケット

【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】
☐ 単回使用 ☐ 複数回使用

【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】
☐ 有 ☐ 無

【設置場所】
☒ 作業台上 ☐ シンク下
☐ その他()

【現地対応者コメント・所感】
 9/19入替デモ機、不具合。
 再度代替機入替。

医療機器の貸出に関する確認書

2019 年 11 月 20 日

返却確認日

貸出元 株式会社IHIアグリテック
所在地 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

医療法人社団 有隣会
貸出先 榎原歯科 オリナス錦糸町インプラントセンター
所在地 〒130-0012 東京都墨田区太平4-1-5
管理責任者 オリナス錦糸町コアB1F
氏名
TEL 03-3626-8108 印

貸出目的

☐デモ☐臨床使用☐緊急時対応

理事長 榎原 政博

☐研修☐研究目的☐納期遅延対応☒故障・修理対応☐その他()

品名	数量	設置場所	期間	症例数
クラスBオートクレーブ BC-17 シリアルno.(14090178)	/	榎原歯科 オリナス錦糸町 インプラントセンター様	2019.11.20 ~	X

●貸出期間中の費用負担:

- 1.当該医療機器の設置
- 2.撤去
- 3.保守・修理費
- 4.消耗品等
- 5.その他の費用

●貸出期間が満了した当該医療機器は、速やかに貸出元に返却する。

〈お取引先商店名〉

〈ご担当者名〉

- ・必要事項をご記入いただき、FAXにてご返信ください。確認書が到着後、弊社貸出予約受付完了となります。
- ・貸出品の在庫状況により商品の発送に時間を頂く場合がございますので、ご了承ください。
- ・先にFAXなどで貸出依頼、ご予約をされた場合につきましては、「医療機器の貸出に関する確認書」を、貸出機に同梱いたしますので、必要事項をご記入いただき、貸出機器の返却と一緒にご送付いただいても結構です。
- ・貸出機器の発送先はご要望があれば余白や別紙にて発送先をご指示頂ければ、ご対応いたします。ご要望が無い場合は、お取引店様へ発送させていただきます。