

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 4 月 1 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2019 年 3 月 20 日		作業時間： Hr
顧客名	人形町歯科 様	TEL： 03-5652-4188	
所在地	東京都中央区日本橋小網町16-14 明星ビル1F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2018 年 5 月 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：100334	運転回数：53	運転回数リセット： ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー30 缶内高圧異常			
原因			
・缶内温度センサーの故障、測定値異常			
処置、作業内容			
・缶内温度センサーの交換			
・各種調整、プログラム更新、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・缶内温度センサー		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					

1. 有償

2. 無償

部品代 合計

技 術 料

出 張 料

医療法人社団 泰生会
人形町歯科

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町16-14
03-5652-4188

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

環境PJ
'19/04/01
菊池

環境PJ
'19/04/01
小柳