

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 4 月 22 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2019 年 4 月 9 日		作業時間： Hr
顧客名	横原歯科 オリナス錦糸町インプラントセンター	様	TEL： 03-3626-8108
所在地	東京都墨田区太平4-1-5 オリナスコア B1F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 4 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号 : 13100045	運転回数 :	運転回数リセット： ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ AC電源異常			
原因			
・ 施設側電源供給時のノイズ発生による警告表示			
処置、作業内容			
各種調整、清掃、運転確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			医療法人社団 有隣会		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

横原歯科 オリナス錦糸町インプラントセンター
〒130-0012 東京都墨田区太平4-1-5
オリナス錦糸町コアB1F
ご署名TEL 03-3626-8108

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJ '19/04/09 富田	環境PJ '19/04/09 安田