

《不具合対応報告書》

担当者:廣瀬・小笠原

【発生日】 年 月 日

【対応日】 2019年 8月 27日

【連絡元】 ☐ モリタ (担当者:)
☐ ユーザー
☐ その他 ()

【ユーザー名&県名】 東京都 おおにしデンタルクリニック

WD-150【機番: 】

BC-17【機番:14070127】

【症状】

【症狀】

ドアが開かない

【対応方法】□引取り修理（代替機no. ）

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【対応方法】 □引取り修理（代替機no.）

■現地対応

《対応内容》 □部品交換()
■その他(イモネジの緩み。増し締め)

【給水方法】口水

□水 & お湯

【給水方法】 ☐ アイオニ一使用

□精製水購入

☐ その他 ()

【ラック種類】□標準ラック

□ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【滅菌バッグ】□ディスポ

ロリュース

【網の種類】 ロトレー欄

■ 網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】