

保守点検・修理 報告書(納入半年確認報告書)

管理 No.

発行日 2016年 11月1日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号 : 300779
作業年月日	平成 28年 10月 31日		作業時間 : 0.5H
顧客名	おじま内科・消化器クリニック 様		TEL : 0293-44-6300
所在地	茨城県高萩市東本町3-67		担当 様
販売店	アルフレッサ株式会社 様		担当 様
納入年月日	平成24年 11月 21日	保証期間 ☒ 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

作業内容 : 簡易点検 (納入後半年経過観察)

不具合原因、作業内容

作業内容 : 簡易点検 (納入後半年経過観察) を実施。

消毒モード (14分) にて試運転実施。→作動特に問題なし。

アルコールタンクキャップにひび割れ確認→交換を実施致しました。(更に予備もお渡ししました。)

異常履歴は一度リセットしました。

運転状況報告

交換後運転回数 270回 (納入約半年)

消毒 64回

消毒+アルコール 206回

リークチェック 0回

自己洗浄 82回

アルコール単独 0回

エアバース単独 1回

パルス数346 出力0~1

2017年5月頃が次回点検予定月となります。

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
アルコールタンクキャップ		1	1				

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL : 03-3816-0444

責任技術者



作業者

