

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 10 月 15 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2019 年 10 月 10 日		作業時間： Hr
顧客名	うりた歯科医院 様		TEL： 048-299-2211
所在地	埼玉県川口市安行藤八456		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2017 年 11 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：100282	運転回数：	運転回数リセット： ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・背面より水漏れ			
原因			
・給水タンク用チューブの断線			
処置、作業内容			
・給水タンク用チューブ交換			
・各種調整、プログラム更新、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・給水タンク用シリコンチューブ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 10 月 16 日

ご署名 山田雄一郎



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環PJ '19/10/10 富田	環PJ '19/10/10 佐藤