







↑ 前回対応時写真



↑12/9(土曜日) 18:00に試しにユーザーで実施した時は、インジケータ変色OK.



12/12当日インジケータ変
色不良有り

同じ条件で3回運転している、最初は変色OKだが、2回目・3回目は変色不良がみられた。

1回目:スコープ消毒 14分
2回目:スコープ消毒 14分
3回目:そのほか消毒 14分