

装置情報	
型式	OED-1000
製造番号	100193
プログラム	Ver. 0107/T01.A
納入年月日	10/10/21
前回定期交換日	16/10/12
交換後運転回数	281
運転回数(殺菌)	2569
運転回数(殺菌+アル)	3615
運転回数(リークチェック)	2815
運転回数(自己洗浄)	1326
運転回数(アルコール単独)	50
運転回数(エア単独)	11



酸素圧カスイッチの電源が入っていない。