

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 2019年 9月 27日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2019 年 9 月 19 日 作業時間： Hr
顧客名	日本橋中央通り歯科室 様 TEL： 03-6281-9841
所在地	東京都中央区日本橋1-2-10 一東洋ビル2階 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2018 年 8 月 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号： 100348	運転回数： 467	運転回数リセット： ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ エラー18 滅菌異常			
・ エラー30 缶内高圧異常			
原因			
・ 電子回路基板及び圧力センサーの故障			
処置、作業内容			
・ 電子回路基板、圧力センサー、サーキットプロテクター作動確認			
・ 各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・ 電子回路基板		1		
2	・ 圧力センサー		1		
3	・ サーキットプロテクター		2		
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年 10月 1日
宮川 氏 印

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環PJ '19/09/19 富田	環PJ '19/09/19 関口