

点検確認書

点検担当者：西野

点検年月日	平成 29年 5月 1日	機種名	ONW-10	製造機番	1913
設置場所				TEL : 028-678-3000	
設置時期	平成 22年 10月 19日	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐	濃度 :	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☐		
酸素発生	正常	☒	濃度 9.6 %	流量 0.78 L/min 圧力 : 0.088 ~ 0.152 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	
吸盤	3コ	
オゾンセンサー	一個	

※本製品は平成21年8月に製造販売を終了しており、修理対応期間は平成28年8月までとさせていただきます。
何卒ご理解、ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

平成 29 年 5 月 1 日

ご署名



※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

御見積書

岡-16-0321

なでしこファミリークリニック 御中

平成29年5月1日
新鋭工業株式会社

下記の通りお見積もりいたしますので
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

東京支店 営業部
東京都文京区本郷3-12-5
TEL 03-3816-0444
FAX 03-3816-0406

件名: 内視鏡洗浄機 スポット点検

¥88,000(税別)

御見積金額 ¥0

承認	審査	作成
		西野

御支払条件 : 貴社慣行払い
納入場所 : 貴社指定場所
見積有効期限 : 発行後3ヶ月

伝票No. :
受付日 : 平成29年4月17日
貴社名 : ニスコ株式会社 佐野営業所様
顧客名 : なでしこファミリークリニック 様
機種名 : ONW-10 1913号

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1	吸着筒、吸湿筒	性能低下・経年劣化・その他	1	式	63,000	0
2	ドレンフィルター	性能定価・経年劣化・その他	1	個	1,000	0
3	オゾン分解触媒	性能定価・経年劣化・その他	1	個	24,000	0
4	オゾンセンサー	性能定価・経年劣化・その他	1	個	25,000	0
5	電源コード	性能定価・経年劣化・その他	1	本	5,000	0
6	給水ホース	性能定価・経年劣化・その他	1	本	5,600	0
7	排水ホース	性能定価・経年劣化・その他	1	本	1,700	0
8	PPコネクターYタイプΦ7 1K186-C	性能定価・経年劣化・その他	1	個	300	0
9	シリコンチューブ 5×9	性能定価・経年劣化・その他	1	m	800	0
10	L字管(排水用)	性能定価・経年劣化・その他	1	個	500	0
11	トレーピン6本セット(小4 大2)	性能定価・経年劣化・その他	1	セット	2,380	0
12	吸盤×3個セット	性能定価・経年劣化・その他	1	セット	1,000	1,000
13						
14						
					小計	0
15	分解点検、部品取付作業		1	H	9,000	0
16	運転検査・清掃		1	H	9,000	0
					小計	0
17	出向料		1	式	40,500	0
					小計	0
定価					合計(税別)	¥88,000-

備考 1.本見積には消費税は含まれておりません。
2.本製品は平成21年8月に製造販売を終了しており、修理対応期間は平成28年8月で終了しております。
新たに部品の交換が発生した場合は別途ご相談させていただきます。
何卒ご理解、ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

発注書

上記見積もり内容にて発注いたします。

5月1日

ご署名

大西 隆

TEL

