

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

|       |                                                                                                                 |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                                                             | 製造番号: 100204                                                          |
| 作業年月日 | 平成 27 年 2 月 13 日                                                                                                | 作業時間: Hr                                                              |
| 顧客名   | 高井戸東診療所                                                                                                         | TEL: 03-5346-7390                                                     |
| 所在地   | 東京都杉並区高井戸東 3-28-6                                                                                               | 担当 様                                                                  |
| 販売店   | 久栄医療                                                                                                            | 担当 様                                                                  |
| 納入年月日 | 平成 23 年 1 月 29 日                                                                                                | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 <input checked="" type="checkbox"/> 回目 | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                                                     | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合、異常はなし

不具合原因、作業内容

OED-1000S定期保守点検作業実施

点検項目

|          |    |                                     |                             |          |                                     |
|----------|----|-------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 消毒槽 LED                     | 正常       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン                       | 正常       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作                   | 正常       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン                   | 正常       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン                     | 正常       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン                       | 正常       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度                       | 正常       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動                      | 正常       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード                       | 正常       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| トレー      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 消毒チューブ類                     | 正常       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 消毒槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | バルブ数                        | 370      |                                     |
|          |    |                                     | 履歴                          | 0.72 ppm |                                     |
|          |    |                                     | 清掃 <input type="checkbox"/> |          |                                     |
|          |    |                                     | 消毒槽コネクタ                     | 正常       | <input checked="" type="checkbox"/> |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

チューブ接続コネクタが灰色の部品にかわりました。

|          |              |                                                                               |         |            |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 206 | 更新 (リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> | 数値: 646 | 数値+7L: 250 |
|          | リークチェック: 0   | 自己洗浄: 647                                                                     | 7L単独: 0 | エア単独: 2    |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称    | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|-----------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 内視鏡接続コネクタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |           |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |           |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |           |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |           |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

27年 2 月 13 日

ご署名 白井 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店  
東京都文京区本郷3-12-5  
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

