




↓ OED納品時・通常OEDトレーを使用で決定。ONW時代から同様の消毒の仕方になった。下記の通り、3か所に水を通す。  
※この消毒方法はONW時代に、ペンタックスがユーザーに指導した方法。



↓下記のチューブセットを渡しました **ペンタックス用 チューブセット パート1**



↓2分岐チューブ(吸引口と送水口に接続するもの)




ペンタックス様が  
支給されたもの

↓カンシロを消毒するチューブ



↓副送水口チューブ



副送水口消チューブ  
改造VER

ペンタックス社製  
純正部品



接続図