

新鋭工業 株式会社 御中

5/27(土)

洗浄機 不具合あり 連絡しました

(給水異常)

その後 異常なく 使用できましたが
はつきり 原因 不明のため

5/29(月) 再度 連絡 します

うがじんクリニック

TEL 0276 40-1414

FAX 0276 45-4041