

くろだ内科クリニック 御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者:



点検年月日	平成 28 年 8 月 19 日	機種名	ONW-10	製造機番	001149
設置場所		TEL:			
設置時期	平成 年 月 日	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐ 未使用	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.5 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 95.2 %	流量: 0.8 L/min 圧力: 0.03 ~ 0.17 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式
吸湿筒	交換 ☐	一式
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個

平成 28 年 8 月 19 日

ご署名

西村 浩明



※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。