

点検・修理報告書

管理 No. 19278

発行日: 2020年3月31日

IC Clave	
作業年月日	2020年3月23日 作業時間: 8 Hr
顧客名	江古田たかはし歯科クリニック 様
所在地	東京都練馬区旭丘1-65-19
販売店	TEL: 03-5988-7800
納入年月日	2019 年 8 月 1 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100420	運転回数: 263回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 2 6 : 停電異常が発生した。		
原因		
・サーキットプロテクタの故障		
処置、作業内容		
・サーキットプロテクタを新品交換いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	サーキットプロテクタ		2		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 4 月 / 日

ご署名 堀野美穂

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	高田	三宅
20/03/25	20/03/25	20/03/25