

No.M-17-005

御見積書

岡-17-0189

平成29年8月17日

たんぽ内科クリニック 御中

株式会社 IH1シバウラ

機械事業本部 サービスグループ

岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

下記の通りお見積もりいたしますので
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

件名: 内視鏡洗浄機 点検

御見積金額

¥111,500

承認

審査

作成

伝票No.:

御支払条件: 貴社慣行払い

受付日: 平成29年8月17日

納入場所: 貴社指定場所

貴社名: 新鋭工業(株) 東京支店

見積有効期限: 発行後3ヶ月

機種名: ONW-10 001116号

ご請求は(株)A社様経由となります。

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1	定期交換部品	劣化により要交換	1	式	88,000	88,000
2	PSA吸着筒					0
3	PSA吸着筒					0
4	PSAドレンフィルター					0
5	オゾン分解触媒					0
6	トレーピン新鋭対応	(オース)				0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
					小計	88,000
15	分解点検、部品取付作業		1	11	9,000	9,000
16	運転検査・清掃		0.5	11	9,000	4,500
					小計	13,500
17	派遣料(交通費含む)		1	式	10,000	10,000
					小計	10,000
定価					合計	111,500

- 備考
1. 本見積には消費税は含まれておりません。
 2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。
 3. 本製品は平成21年8月に製造販売を終了しており、修理対応期間は平成28年8月で終了しておりますが、本件は特例として対応させていただきます。何卒ご理解、ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

発注書

上記見積もり内容にて発注いたします。

ご署名

A社様

TEL

印

点検確認書

点検担当者： 西野 ・ 土屋

点検年月日	平成 29年 8月 18日	機種名	ONW-10	製造機番	1416
設置場所		TEL	048-450-2211		
設置時期	平成 19年 8月 20日	使用時間	1819~	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：0.50	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度：90.5 %	流量：0.96 L/min 圧力：0.080~0.152 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	オゾン濃度に関しては 正常値に復帰致しました。 その他の部品に関しては 対応させていただきます。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	
吸盤	3個	
スレーコン 短辺用①	3個	

※本製品は平成21年8月に製造販売を終了しており、修理対応期間は平成28年8月までとさせていただきます。
本件は特例として対応させていただきます。何卒ご理解、ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

平成29年 8月 18日

ご署名

西野 土屋

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。