

点検確認書

新鋭工業 東京支店
03-3816-0444

点検担当者： 山本 西野



点検年月日	平成 29年 11月 7日	機種名	ONW-10	製造機番	001192
設置場所				TEL	03-3976-6411
設置時期	平成 21年 7月 14日	使用時間	1203	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：	0.50 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度：91.5%	流量：0.77 L/min 圧力：0.1102 0.188 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	定期点検実施。 左記製品の交換 消耗品自体は問題ありませんが 性能が低下しています。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

29年11月7日
ご署名 内田 敬海

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。