

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2020 年 6 月 23 日

機種/型式	I c washer		
作業年月日	2020 年 6 月 15 日		作業時間： 8 Hr
顧客名	K デンタルクリニック	様	TEL：
所在地	埼玉県さいたま市中央区鈴谷 2-743-3		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 100174	運転回数： 332	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴 洗剤、仕上剤の流量異常			
原因 洗剤、仕上剤DPIチューブの劣化			
処置、作業内容 洗剤、仕上剤DPIチューブの交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	DPIチューブ		2		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 6 月 24 日

ご署名   印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者